


ハンディドクターⅠ、ハンディドクターⅡをご愛用のお客様へ

平素はハンディドクターⅠ、ハンディドクターⅡをご愛用頂き誠にありがとうございます。
 この度、2016年9月より販売した下記対象製品におきまして、製品本体ラベル記載内容に誤りがございました。ご愛用中のお客様による製品のご使用については問題ございませんので、継続してご使用いただけますようお願い申し上げます。

- 【対象製品】ハンディドクターⅠ（品番EM-12）
 ハンディドクターⅡ（品番EM-12CG）

【ラベル内容】

【貼り付け位置】	
	<p>本体アタッチメント取り付け側、点線囲い部分となります。 正しくは弊社新潟県住所を記載すべきところ、本社千葉県住所の記載となっております。</p>
【誤】	【正】
<p>ハンディドクターⅠ</p> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin: 5px;"> <p>管理医療機器：ハンディドクターEM-12 専用ACアダプター（GQ15-120120-AJ） 電気定格：AC100V 50/60Hz 0.5A 本 体 定 格： \sim V 2 V 定格電圧： \sim V</p> <p>※を改造しないで 使用前にシリコンカップを点検する 使用は取扱説明書に従うこと</p> <p>発売元／製造販売元：衛ツインズ 〒273-0853 千葉県船橋市金杉7-1-9ツインヒルズ西館3F</p> </div> <p>ハンディドクターⅡ</p> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin: 5px;"> <p>家庭用電気マッサージ器 管理医療機器：ハンディドクターⅡ EM-12 CG 専用ACアダプター（GQ15-120120-AJ） 電気定格：AC100V 50/60Hz 0.5A 本 体 定 格： \sim V 2 V 定格電圧： \sim V</p> <p>※を改造しないで 使用前にアタッチメントを点検する 使用は取扱説明書に従うこと</p> <p>発売元／製造販売元：衛ツインズ 〒273-0853 千葉県船橋市金杉7-1-9ツインヒルズ西館3F</p> </div>	<p>ハンディドクターⅠ</p> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin: 5px;"> <p>管理医療機器：ハンディドクターEM-12 専用ACアダプター（GQ15-120120-AJ） 電気定格：AC100V 50/60Hz 0.5A 本 体 定 格： \sim V 2 V 定格電圧： \sim V</p> <p>※を改造しないで 使用前にシリコンカップを点検する 使用は取扱説明書に従うこと</p> <p>発売元／製造販売元：衛ツインズ 〒959-1289 新潟県燕市東太田1029番地</p> </div> <p>ハンディドクターⅡ</p> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin: 5px;"> <p>家庭用電気マッサージ器 管理医療機器：ハンディドクターⅡ EM-12 CG 専用ACアダプター（GQ15-120120-AJ） 電気定格：AC100V 50/60Hz 0.5A 本 体 定 格： \sim V 2 V 定格電圧： \sim V</p> <p>※を改造しないで 使用前にアタッチメントを点検する 使用は取扱説明書に従うこと</p> <p>発売元／製造販売元：衛ツインズ 〒959-1289 新潟県燕市東太田1029番地</p> </div>

この度はご迷惑をおかけしてしまい、誠に申し訳ありません。